分取用液体クロマトグラフィーシステム仕様書

１　名称、仕様及び納入数量

株式会社ワイエムシィ

品名　分取用液体クロマトグラフィーシステム

型式　LC－Forte/R-Ⅱ

数量　１式

<table>
<tr><th colspan="2">項　　　目</th><th>仕　　　様</th></tr>
<tr><td rowspan="14">本

体</td><td>流動範囲</td><td>0.1-80ml/min</td></tr>
<tr><td>耐圧</td><td>30Mpa（0.1-50ml/min）
20Mpa（51-80ml/min）</td></tr>
<tr><td>サンプル注入方式</td><td>１）マニュアルインジェクタ　装備
サンプルループ 5ml
２）オートインジェクタ　装備
設定範囲 0.1-99ml/回、1-99 回</td></tr>
<tr><td>グラジエント機能</td><td>装備</td></tr>
<tr><td>リサイクル機能</td><td>装備</td></tr>
<tr><td>オート分取機能</td><td>装備</td></tr>
<tr><td>クロマトグラム表示</td><td>本体液晶ディスプレイに表示（PC 不要）</td></tr>
<tr><td>外部ポート</td><td>LAN：１、USB：２</td></tr>
<tr><td>漏液センサー</td><td>装備　２ケ</td></tr>
<tr><td>カラム切り替えバルブ</td><td>装備　１ケ</td></tr>
<tr><td>カラムホルダー</td><td>装備　２本分</td></tr>
<tr><td>本体寸法</td><td>270（W）×570（D）×675（H）mm程度</td></tr>
<tr><td>重量</td><td>約 40ｋｇ程度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付
属</td><td>検出器</td><td>YUV-3400</td></tr>
<tr><td>フラクションコレクター</td><td>Forte/FR</td></tr>
<tr><td>溶媒ラック</td><td>Forte/RK</td></tr>
</table>

２　納入場所

岩手県生物工学研究所　岩手県北上市成田 22 地割 174 番地 4

所内の設置場所は、担当職員の指示による。（２階　生化学実験室２を予定。エレベーター有り）

３　納入期限

令和４年 10 月 31 日（月）

4　納入方法

(1)　納入場所に搬入のうえ、機器が動作するよう試運転調整し、担当職員の確認を得ること。

(2)　納入後１年以内の製造元に起因する故障は、無償で修理を行うこと。

(3)　納入時に取り扱い説明を行うこと。

5　その他

(1)　契約金額には、上記１～４に伴う全ての費用を含むものであること。

(2)　納入作業は、担当職員の立会いのもと、その指示に従うこと。

(3)　その他、納入に伴う連絡事項や問題等が発生した場合は、直ちに下記担当に連絡すること。

【担当】　　岩手県生物工学研究所　　主査　須賀美奈子

電話　0197-68-2911　　FAX　0197-68-3881